


DETECTOR de IMPLANTE de SILICONA

NHC: 3110_1

Sexo: HOMBRE Edad: 58

Fecha Expediente:

29-11-2024



ZONAS OBTENIDAS

Izquierda

Temporal

Malar

● Nasolabial

Mandíbula

Periocular

Derecha

Temporal

Malar

● Nasolabial

Mandíbula

Periocular



Central

● Labio superior

● Labio Inferior

Glabela





DETECTOR de IMPLANTE de SILICONA

- Presencia de implante permanente. Los derivados de polidimetilsiloxano (silicona fluida), como primera opción diagnóstica.
- No hay presencia de implantes permanentes compatibles con silicona fluida.

Dr Francisco de Cabo
colegiado: 080828853

Esta prueba de cribado detecta la presencia de implante permanente de silicona fluida. No pretende ser una diagnóstico médico final, ni un pronóstico para tratamiento. Ha de ser el médico el que de el consejo apropiado, siendo incluso necesario la realización de otra complementaria prueba de imagen si la historia clínica o la sospecha de otras situaciones lo requiriesen.

BIBLIOGRAFÍA

- de Cabo et al. Ecografía de los materiales de relleno inyectables y su interés en el seguimiento diagnóstico. *Cir, plast Iberolatinoam.* 2012 Abr;38(2):179-187
- Urdiales F, de Cabo F, Bové I. Ultrasound patterns of different dermal. *J Cosmet Dermatol.* 2021 May;20(5):1541-1548

